

Mic*-PEG gastrostomikateter

1. Port för mat, läkemedel och vatten
2. Stopp-platta
3. Inre stopp-platta i magen

Adaptrar

Mic-PEG adaptren går även att beställa separat.



Artikelnummer

8135-FR

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. *TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©Meda AB (A Viatris Company) Tel: 08-630 19 00. E-post: md@viatris.com
www.gastrostomi.se

Mic*-PEG gastrostomikateter

Du har fått en gastrostomiport Mic-PEG insatt i gastrostomin (datum):

Mic-PEG är av storlek Fr .

Vid insättandet är stomikanalen cm lång. Ev. reglering cm.

Kontaktperson Tel. nr:

Patienter som av olika anledning inte kan äta eller inte äta tillräckligt kan via en gastrostomi få mat, vätska och läkemedel i magsäcken.

Gastrostomi = kanal in i magsäcken där en gastrostomiport placeras.

För mer information om våra gastrostomiprodukter, besök gärna vår hemsida

www.gastrostomi.se

Mic*-PEG gastrostomikateter

Användning

- Före måltid kontrollera att magen känns mjuk och att cm-graderingen på Mic-PEG är den samma som vid insättandet eller efter reglering. Vid osäkerhet kontrollera maginnehåll med pH-sticka eller motsvarande.
- Före och efter tillförsel av mat/läkemedel, spola alltid igenom Mic-PEG med 10-20 ml vatten.
- Läkemedel ges alltid i flytande form.
- För att förhindra illamående/kräkning är det rekommenderat att halvsitta/sitta (minst 30°), fortsätt gärna med detta en stund efter måltid.
- Följ ordination av läkare/dietist vad gäller matmängd och hastighet.
- Näringen/maten bör vara ljummen, kropps- eller rumstempererad.
- Vid obehag/smärta i samband med måltid kontakta sjuksköterska/läkare.
- Om Mic-PEG inte används spola alltid igenom denna med 10-20 ml vatten dagligen.

Skötsel

- Tvätta och torka torrt runt gastrostomin som en del av den dagliga hygien, lyft även PEG- kateterringen för att komma åt att göra rent ordentligt och rotera Mic-PEG i stomat (ej de första 14 dagarna efter anläggande).
- Justera stopplattans (nr. 2 i bilden på sidan 4) läge vid behov.
- Undvik om möjligt att ha kompress runt gastrostomin.
- Använd bipackad slang/kateterklämma, inga andra klämmor bör användas.
- När stomat är etablerat efter 8-12 veckor kan Mic-PEG avlägsnas genom att man drar den ut ur stomat, den kan då ersättas av en Mic-Key eller Mic-Bolus, detta görs på specialistklinik på sjukhus.
- Mic-PEG bör inte bytas i hemmiljö.
- Vid behov kan Mic-PEG adapter bytas i hemmiljö av den/de som fått instruktion om hur bytet går till
- Om Mic-PEG åker ut kontakta snarast din sjuksköterska eller läkare. Sätt under tiden in en Mic-Bolus, Mic-Key eller liknande, om det inte finns att tillgå klipp bort den inre stopplattan på Mic-PEG och stoppa in slangen under en kort tid (det är mycket viktigt att hålla stomat öppet).

Allmänna råd

- Munvård är viktigt, sköt om tänder och mun. Kan man äta via munnen så är det viktigt att fortsätta med det.
- Det går bra att duscha, bada badkar, bassäng m.m. med Mic-PEG.
- Rodnad, vätskande, öm hud runt gastrostomin kan bero på läckage, tvätta och lufttorka flera gånger per dag. Smörj gärna in området med mjukgörande kräm vid behov. Om området med rodnad, svullnad kvarstår eller vid ömhet/smärta, kontakta din sjuksköterska/läkare.
- Illamående kan bero på för snabb eller för stor måltid. Prova att ge mindre mängd oftare.
- Det går bra att ge kropps-/rumstempererad vätska såsom kaffe, saft m.m. via PEG-katetern.
- Diarré kan bero på för snabb matning, för gammal mat eller maginfluensa. Ändring av kost, läkemedelsbehandling eller matningsrutiner kan också orsaka diarré.

Varar diarrén i mer än tre dagar, tala med din sjuksköterska/läkare.