



Användarinstruktion för patient

CORFLO® – MAX PEG ANVÄNDARINSTRUKTION

Du har fått en gastrostomiport Corflo PEG insatt (datum):

Corflo Peg är av storlek Fr. Vid insättandet är stomikanalen cm lång.

Kontaktperson Tel. nr.:

Daglig rutin

- Rengör huden runt gastrostomikanalen dagligen med vatten och mild tvål.
- Kontrollera noga före rengöring om det förekommer läckage, irritation, rodnad eller svullnad. Kontrollera även att det inte smärta vid rörelse av PEG-kateterslangen samt att den inte kan röras för mycket ut och in i gastrostomikanalen (inte mer än ca 6 mm).
- Lyft på PEG- kateterslangen och eventuell fixering för att komma åt att göra rent ordentligt.
- Om PEG-kateterslangen skulle åka ur gastrostomikanalen är det viktigt att den ersätts så fort som möjligt med t.ex. en gastrostomikateter, om det inte finns att tillgå klipp bort den inre stopp plattan på Corflo PEG och stoppa in slangen under en kort tid.
- Det sitter en klämma på PEG-kateterslangen för att undgå läckage då Y-stycket är öppet. Flytta regelbundet klämman för att undvika slitage och skada på kateterslangen.

1 gång/vecka rutin

- Yttre fixeringsstycket kan tas av för rengöring. När fixeringsstycket är åter på PEG-kateterslangen efter rengöring ska det inte vara möjligt att röra kateterslangen mer än ca 6 mm.

Matning

- Sitt upp eller höj huvudändan vid matning.
- Aspirera från PEG-katetern för att bekräfta att den är korrekt placerad för att ge mat, mediciner och vätska.
- Det är viktigt att skölja genom PEG-katetern med vatten före och efter mat och mediciner.
- Rutinmässig genomsköljning med vatten förhindrar uppkomst av stopp i PEG-katetern.

Övrigt

- Det går bra att bada och simma.
- Använd inga bandage om det inte är kliniskt nödvändigt.
- Det går utmärkt att äta via munnen om det är kliniskt möjligt.
- Det går bra att ge kropps-/lufttempererad vätska så som kaffe, saft mm via PEG-katetern.
- Munhygien är viktigt! Borsta tänderna två gånger dagligen och använd fukt på läppar och i munhåla.

För mer information se gärna vår hemsida www.gastrostomi.se eller kontakta oss på: md@mylan.com eller telefon: **08-630 19 00**.

Dessa produkter är medicintekniska produkter. Läs alltid bruksanvisningen noga före användning. Marknadsförs av Meda AB (A Mylan Company). TM Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

Meda AB (A Mylan Company), Box 906, 170 09 Solna. Tel.: 08 630 19 00.
E-post: md@mylan.com www.gastrostomi.se

©2020 Meda AB (A Mylan Company)